

Oświęcim, dnia 6 kwietnia 2016 r.

Działając w imieniu Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu jako Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: „Dostawa aparatu ultrasonograficznego na potrzeby ZLA w Oświęcimiu” nr D-27-05-BT/16, w związku z wpływieniem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o treści:

1/ Z uwagi na fakt, iż każda tworzona tabela wymaganych parametrów technicznych dotycząca aparatów jest inna dla każdego przetargu, wykonawca nie jest w stanie katalogiem czy folderzy producenta, w których określona jest specyfikacja techniczna aparatu potwierdzić wszystkich wymaganych informacji ujętych w tabeli technicznej. Materiały informacyjne są materiałami ogólnymi posiadającymi najważniejsze dane dotyczące parametrów technicznych aparatu. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy dołączenie do oferty oświadczenia producenta aparatu o spełnieniu parametrów wpisanych w tabeli technicznej (nie znajdujących potwierdzenia w katalogu czy folderze) będzie skutkowało spełnieniem warunków SIWZ?

udzielam następującego wyjaśnienia:

ad. 1. dołączone do oferty oświadczenie producenta aparatu o spełnieniu parametrów technicznych wymienionych w tabeli, która stanowi zał. nr 1 do siwz, będzie skutkowało spełnieniem warunków siwz.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Niniejsze wyjaśnienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Z poważaniem
Wojciech Wokulski
Dyrektor ZLA Oświęcim